

Lehetséges-e Multical 602 számítógésgépből és Ultraflow átfolyásmérőből álló hőmennyiségmérőt vízmérési célra használni?

Igen lehetséges, ebben az esetben meg kell előre határozni, hogy a térfogatmérés forró- vagy hűtővíz közegre vonatkozik.

**Hőfogyasztásmérő típusa**

Fűtési hőfogyasztásmérő (MID modul B+D) *	2
Fűtési hőfogyasztásmérő (zárt rendszerben)	4
Hűtési energia mérő	5
Fűtési/ Hűtési energia mérő	6
Térfogat mérő, forróvíz	7
Térfogat mérő, hűtővíz	8
Fogyasztásmérő nyílt rendszerhez (Magyarországon nem használatos rendszer)	9

A mérő ebben az esetben elszámlási, számlázási célra nem használható.